






PI医用筛网片/雾化片

聚酰亚胺膜 (Polyimide Film, 简称PI Film) 是一种特性非常优良的高分子材料, 被大量应用电子、机械、医疗、生物等领域。采用PI Film搭配创新的准分子激光加工技术, 制造出高品质的医疗专用筛网片。打孔范围直径3mm, 2800孔 (孔径可定制)

雾化片通过台美检细胞毒性等四项生物兼容性测试, 并支持多家客户通过FDA验证。




孔径一致性高, 并搭配即时光学检测技术, 可提供每一颗网孔片的孔径分布。弹性好, 易于调整功率控制, 0.1W超低起雾功率。



不锈钢箔: SUS316L

喷嘴板: 聚酰亚胺 (杜邦100HN)

陶瓷材料: PZT 4



规格	ID (mm)	OD (mm)
陶瓷尺寸	7.8 ± 0.25	16 ± 0.25
银电极	8.8 ± 0.5	15 ± 0.5
隔热釉	$7.3^{+0}_{-0.5}$	$16.5^{+0.5}_{-0.0}$

描述	单位	最小值	典型	最大值
电容	nF	2.4	2.8	3.2
频率	kHz	96	101	106
阻抗	Ω			100
雾化体积	ml/min	0.3	0.45	0.6
孔数量		2500	2650	2800
平均孔径	um	1.5	2	2.5
总直径	mm	15.75	16	16.25
总厚度	mm	0.76	0.78	0.8
导线长度	mm		28	
导线外径	mm	0.6	0.7	0.8

注意:

1. 焊接时应涂保护胶。
2. 剥线面应涂锡涂层。
3. 每批穿孔直径附检验报告。